Test 9 v10b Low to High humidity

Humidity

H_1B_033.CSV


Measurement for time 01:11

HIH7120	SHT85	AHT10	AHT20	AHT21	AHT25
85.12	85.32	87.37	92.99	84.11	100
		87.81	93.75	81.78	96.81
		89.34	90.29	81.48	97.68
		88.82	92.27	91.16	100
		89.27	91.01	82.01	100
		85.18	93.37	89.48	100
		86.17	90.27	86.92	94.79
		88.52	89.88	85.01	100
85.12	**85.32**	**87.81**	**91.73**	**85.24**	**98.66**

Average measurement for time 01:11

HIH7120	SHT85	AHT10	AHT20	AHT21	AHT25
85.12	85.32	87.81	91.73	85.24	98.66

Humidity trend



Temperature

T_1B_033.CSV

Measurement for time 01:11

HIH7120	SHT85	AHT10	AHT20	AHT21	AHT25
18.24	17.26	17.93	17.1	17.42	17.77
		17.71	17.01	17.85	18.05
		17.35	17.32	17.32	18.31
		17.44	17.5	17.38	18.28
		17.47	17.36	16.95	18.27
		17.51	17.43	16.92	18.17
		17.29	17.48	17.32	18.94
		17.58	17.65	17.18	18.67
18.24	**17.26**	**17.54**	**17.36**	**17.29**	**18.31**

Average measurement for time 01:11

HIH7120	SHT85	AHT10	AHT20	AHT21	AHT25
18.24	17.26	17.54	17.36	17.29	18.31

Temperature trend

